



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



## RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06364/26

**Cliente:** 02049 UNIMAGEM UN.DIAG.P/IMAG.S.F.ASSIS.LTDA

**Registro CNEN:** 913.046/97-01-4

RUA DA BAHIA,342 RECREIO ESTORIL CEP: 12944060 ATIBAIA SP

**Período de utilização** 10/04/2026 à 09/05/2026

**Data de Recebimento:** 17/06/2026

**Mês Base:** abril/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF            | Nome                        | Dose no Período<br>Hp (10) (mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 02049 038                     | 328.138.288-66 | CINTIA JAQUELINE DE MIRANDA | M                                | 0,00                |            |

**Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.**

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NI - Nível de investigação (1,00mSv)                | DP - Dosímetro de extremidade             |
| LI - Leitura impossível                             | LE - Leitura de emergência                |
| NU - Dosímetro não utilizado                        | DA - Dosímetro referencial irradiado      |
| DE - Dosímetro extraviado                           | UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) |
| UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)           |                                           |
| * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero. |                                           |

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 8 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882  
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO  
SANTOS:26420741882  
Dados:2026.07.08 16:44:47 BRT

**Patricia Santana Brito**  
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 4570eccc0a4320dff0de10985656d23b