



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05529/26

Cliente: 02595 ODONTODOC SERVS.DE RAD.ODONTOLOGICAS

Registro CNEN: 913.169/03-01-3

AV:GOV. VALADARES,296 LJ 07 CENTRO CEP: 32510010 BETIM MG

Período de utilização 08/05/2026 à 03/06/2026

Data de Recebimento: 11/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
02595 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
02595 011	104.817.036-59	VINICIUS RODRIGUES VERCOSA		M	0,00	
02595 013	093.554.326-07	GENTIL CASSIANO DE PAULA NETO		M	0,00	
02595 019	076.546.176-58	ALIPIO TEODORO ALVES NETO MORAIS		M	0,00	
02595 020	700.198.736-03	JONATHAN DA SILVA GONCALVES		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 16 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.16
17:03:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 43eea048e2990bd128af49b8148ffd08