




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 05834/26

Cliente: 02771 CENTRO DIAGN IM DE MANHUACU LTDA EPP

Registro CNEN: 913.118/04-01-7

PRACA DRºCESAR LEITE 383 ANEXO CENTRO CEP: 36900073 MANHUACU MG

Período de utilização 01/05/2026 à 02/06/2026

Data de Recebimento: 15/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
02771 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
02771 004	100.767.396-60	RANIEL RANDER REIS DA SILVA		M	0,00	
02771 007	053.259.936-58	VERONICE DIAS DE SOUZA LOPES		M	0,00	
02771 008	109.304.446-20	ALBERTO RODRIGUES DE ABREU		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 23 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.23 16:29:50 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: e06ef533a5a386f79355c9fe130ff58d