




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04905/26

Cliente: 03314 SINTEX LAMINADOS SINTETICOS LTDA

Registro CNEN: 913.211/06-01-0

AV:PREF. JOAO SINATURA, 175 JARDIM FLORESTA CEP: 17270000 BORACEIA SP

Período de utilização 08/04/2026 à 12/05/2026

Data de Recebimento: 22/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
03314 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
03314 001	____.____.____-__	AREA/01-ESPALMADEIRA-01		M	0,00	
03314 002	____.____.____-__	AREA-02/ESPALMADEIRA-02		M	0,00	
03314 003	____.____.____-__	AREA II		M	0,00	
03314 004	____.____.____-__	AREA IV		M	0,00	

Solicitamos com urgência o envio dos CPF's faltantes para emissão do próximo relatório.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 28 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.28
16:21:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 1956bea520131469ae9f1ae10d97390a