




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 03905/26

Cliente: 03816 ADM SERVICOS MEDICOS LTDA

Registro CNEN: 913.081/08-01-3

PRACA PADROEIRA DO BRASIL,188 JARDIM AGU CEP: 06010090 OSASCO SP

Período de utilização 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de Recebimento: 01/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
03816 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
03816 002	263.856.688-86	GIBSON HELENO DOS SANTOS		M	0,00	
03816 005	228.102.378-83	EDUARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO		M	0,00	
03816 007	372.754.728-64	DIEGO NASCIMENTO BEXENSCI		M	0,00	
03816 008	319.322.578-96	RODRIGO VICENTE PENHA DE ALMEIDA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 4 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.04 08:55:50 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: b32674b41e5323e8c5ea9c94089ee9d8