




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07015/26

Cliente: 03950 SAMIR SERV.RADIO. LTDA - EPP/AMA CAPAO REDONDO

Registro CNEN: 913.039/05-16-0

AV COMENDADOR SANT ANNA, 774 JD B ESPERANCA CEP: 05866000 SAO PAULO SP

Período de utilização 01/06/2026 à 30/06/2026

Data de Recebimento: 21/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
03950 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
03950 022	418.822.388-00	LUCAS SOUSA OLIVEIRA	M	0,00	
03950 026	284.582.918-35	DAVI DE OLIVEIRA TAVARES LEMOS E SANTOS	M	0,00	
03950 031	432.863.838-64	FELIPE ALVES DA COSTA	M	0,00	
03950 032	278.935.758-75	ANDRE DA SILVA PINTO	M	0,00	
03950 034	327.909.658-89	MARCO ANTONIO APARECIDO TAHARA DE CASTRO	M	0,00	
03950 036	140.366.678-40	SIMONICA MARTINS FERREIRA	M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 23 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.23
16:23:55 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 206d4307487ed4a28d51cd9d1b98c2e1