



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05183/26

Cliente: 04127 DELIGA E SCHRODER ODONTOLOGIA

Registro CNEN: 913.079/09-01-2

RUA FERNANDO AMARO,662 ALTO DA XV CEP: 80045230 CURITIBA PR

Período de utilização 10/04/2026 à 09/05/2026

Data de Recebimento: 26/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
04127 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
04127 001	882.049.529-53	ANGELA GRACIELA DELIGA SCHRODER		M	0,00	
04127 002	835.793.119-72	JULIO CESAR SCHRODER		M	0,00	
04127 010	036.743.629-96	LUCIANO DA CUNHA		M	0,15	
04127 019	103.463.389-99	AMANDA SUEMY BARROS CASSAL		M	0,00	
04127 020	062.850.619-80	ERIKA SEMKIW COLACO		M	0,19	
04127 032	473.208.118-55	NADINE OLIVEIRA LIMA		M	0,25	
04127 033	109.413.359-09	LUANA MEIRA SENISKI		M	0,00	
04127 034	081.416.219-39	ESTER BORGES RODRIGUES		M	0,00	
04127 035	835.455.149-00	ZULEIDE JACINTO DUARTE PEREIRA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 9 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.09
08:37:55 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 7d047f594f2257a879cd8f1f8db37ba5