



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 09550/26

Cliente: 04157 RADIO DOC RADIOLOGIA E DOC ODONT.SS LTDA

Registro CNEN: 904.025/98-02-8

RUA TEIXEIRA COELHO, 474 SALA 201 BATEL CEP: 80420150 CURITIBA PR

Período de utilização 07/08/2026 à 31/08/2026

Data de Recebimento: 14/09/2026

Mês Base: agosto/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
04157 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
04157 001	041.983.069-31	MARIANA TRENTA PESSALI	M	0,88	
04157 003	020.341.899-90	SCHELLY SCHEMBERGER	M	0,15	
04157 007	075.457.089-46	MOISES ELIAS WAGNER	M	0,98	
04157 011	057.566.449-54	TATIANE MACHADO	M	0,60	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 29 de setembro de 2026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.29
08:39:48 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 845f8b35818cb72b4a535eb5a555b9aa