



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06680/26

Cliente: 04495 QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Registro CNEN: 913.020/10-01-1

AV.A.C.MAGALH,2487-S609-F.PLAZ PQ.BELA VISTA CEP: 40280000 SALVADOR BA

Período de utilização 01/07/2026 à 13/07/2026

Data de Recebimento: 13/07/2026

Mês Base: julho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
04495 030 808.217.665-20		JONATHAS PAULO DOS SANTOS	-----	0,00	NU

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 16 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.16
15:30:50 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 4dfa3a82f5bb7350621bb221085f5966