



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05923/26

Cliente: 04848 MARTINEZ SANTOS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.004/11-01-9

R HEITOR NEVES GUIMARAES 646 CENTRO CEP: 83702130 ARAUCARIA PR

Período de utilização 10/05/2026 à 10/06/2026

Data de Recebimento: 19/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
04848 901	____.____.____-__	REFERENCIAL 1		M		
04848 009	082.271.949-58	MILENA GABRIELA ANDRETTO		M	0,00	
04848 011	083.798.599-44	JOSIANE MICHELE NASCIMENTO MARQUES		M	0,00	
04848 013	035.707.309-64	ROBERTA FERNANDES GUIMARAES		M	1,16	
04848 014	095.844.969-48	NATHANA DA SILVA		M	0,35	
04848 015	126.577.179-00	AMANDA CRISTINA PADILHA		M	0,42	
04848 016	120.577.339-80	BERNARDO NOVAK LASKAWSKI		M	0,00	
04848 017	460.164.739-87	JOSE CARLOS DOS SANTOS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 29 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.29 10:10:48 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: af9f295965d00ae288b4c358e885b0c2