



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07110/26

Cliente: 05076 UNIERO UN ESP EM RADIOL ODONTOL LTDA

Registro CNEN: 913.020/12-01-4

AV BRASIL 600 SALA 819 BOQUEIRAO CEP: 11701090 PRAIA GRANDE SP

Período de utilização 01/06/2026 à 30/06/2026

Data de Recebimento: 10/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05076 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
05076 001	275.081.668-84	POLIANA LEONEL DE MELLO E SILVA	M	0,00	
05076 002	283.208.958-55	RICARDO DE SOUZA SANTOS	M	0,00	
05076 010	221.204.818-14	GUIDO CAVAZZANA MASCARENHAS	M	0,21	
05076 011	303.478.558-57	JULIANE BATISTA RODRIGUES	M	1,88	
05076 014	192.774.518-74	ALEXANDRA ALVES PEREIRA	0,11	1,15	
05076 015	445.340.258-90	KATHLEEN ALVES DOS SANTOS	M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 27 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.27
11:07:54 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 13879c4417d9f9960eadb1cec529907f