




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06382/26

Cliente: 05097 ENSINO REGIMENTAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

Registro CNEN: 904.344/06-03-5

R. DAMIAO FERNANDES, 194 VILA SAO JORGE CEP: 06404000 BARUERI SP

Período de utilização 15/02/2026 à 14/03/2026

Data de Recebimento: 24/04/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05097 675	450.927.468-82	LIVIAN THAYNA COSTA MAGALHAES		M	0,00	
05097 690	291.880.158-58	LUCIANO ANTONIO SOARES JOSE		M	0,00	
05097 736	364.961.538-09	DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS		M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 8 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.07.08
17:15:55 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: ae2caec1d7e69216a836ca0455e53fb9