



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04633/26

Cliente: 05357 MELLO E VULCANO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.001/14-01-4

AV ANA COSTA 482/484 SALA 801 GONZAGA CEP: 11060002 SANTOS SP

Período de utilização 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de Recebimento: 14/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05357 901	____.____.____-__	REFERENCIAL 01		M		
05357 002	347.918.888-55	CICERO FERREIRA DA SILVA FILHO		0,25	2,56	
05357 004	280.125.718-46	LUCAS VULCANO PINTO DE CARVALHO		M	0,00	
05357 008	528.727.078-08	BERNARDO SERAPICOS CASSITAS		0,27	1,40	
05357 012	308.774.428-00	PATRICIA BORGES		M	1,08	
05357 013	453.417.018-10	LARISSA ARAUJO DA SILVA		M	0,45	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 19 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.19
16:32:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 2df85580cf2031de4738f5b6420a5028