



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07763/26

Cliente: 05357 MELLO E VULCANO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.001/14-01-4

AV ANA COSTA 482/484 SALA 801 GONZAGA CEP: 11060002 SANTOS SP

Período de utilização 01/07/2026 à 31/07/2026

Data de Recebimento: 05/08/2026

Mês Base: julho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05357 901	____.____.____-__	REFERENCIAL 01	M		
05357 002	347.918.888-55	CICERO FERREIRA DA SILVA FILHO	0,56	4,47	
05357 004	280.125.718-46	LUCAS VULCANO PINTO DE CARVALHO	M	0,00	
05357 012	308.774.428-00	PATRICIA BORGES	0,54	2,46	
05357 013	453.417.018-10	LARISSA ARAUJO DA SILVA	0,25	1,13	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 7 de agosto de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.08.07
16:48:50 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: a959a4002e37efed7eb158dba4a58d21