



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 06302/26

Cliente: 05394 UNIMAGEM UN DIAG P/IMAGEM S F ASSIS LTDA/HEMODINAMICA

Registro CNEN: 913.046/97-02-2

RUA DA BAHIA 342 RECREIO ESTORIL CEP: 12944060 ATIBAIA SP

Período de utilização 10/05/2026 à 09/06/2026

Data de Recebimento: 11/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05394 901	____.____.____-__	REFERENCIAL 01		M		
05394 001	188.059.808-62	CLEBER JOSE DE ALMEIDA		M	0,18	
05394 002	693.035.764-20	EVANDRO DE LIRA COSTA		0,18	0,18	
05394 003	189.272.218-69	GIANCARLO GONCALVES		M	2,77	*
05394 004	058.407.038-18	JOSE REGINALDO SIMAO		M	0,24	
05394 005	643.484.668-15	MARIO LUIZ SIMONETO PEREIRA		M	0,12	
05394 006	144.062.908-00	SILVIA ELENA SOARES FERREIRA		M	0,00	
05394 007	399.751.658-85	BRUNO DA SILVA PINTO		M	0,00	

* Dosímetros utilizados sobre o avental plumbífero.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 7 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.07.07
16:46:58 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: ab062b687dce6d88a2251a73d867430b