




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 01136/26

Cliente: 05532 CLINICA VETERINARIA INTERLAGOS LTDA

Registro CNEN: 913.124/14-01-8

AV ATLANTICA 5389/5401 CIDADE DUTRA CEP: 04805000 SAO PAULO SP

Período de utilização 20/12/2025 à 20/01/2026

Data de Recebimento: 27/01/2026

Mês Base: dezembro/2025

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05532 901	____.____.____-__	REFERENCIAL 01	M		
05532 001	371.450.118-59	BARBARA ORTIZ DE SEIXAS	M	0,00	
05532 003	284.830.238-06	CAMILA SILVEIRA SALLES TEIXEIRA	M	0,00	
05532 009	182.530.748-24	MARIA INES FLEURY ZANI	M	0,62	
05532 012	223.228.318-67	MILENA BRUGNARO	M	0,58	
05532 016	245.664.238-40	SELMA KATSUE CHUBATSU	M	0,00	
05532 027	864.119.405-33	RAFAEL GAMA BATISTA	M	0,29	
05532 034	372.079.908-55	CAROLINA FLORENTINO BATISTA	M	0,00	
05532 035	235.614.028-01	YARA RAINHA D ANGELO	M	0,00	
05532 042	430.447.998-99	MAYARA MARQUES REIS	M	0,10	
05532 045	491.802.928-01	JHONATA RIBEIRO LEITE	M	0,12	
05532 052	430.881.368-95	LARISSA ROSA NOGUEIRA	M	0,00	
05532 053	449.365.118-03	MARCELA DE SOUZA SANTOS	M	0,00	
05532 054	469.897.088-16	LUCAS TORRES DA SILVA	M	0,00	
05532 057	862.881.085-45	RAILTON BATISTA DOS SANTOS	M	0,60	
05532 058	231.576.268-50	THAYNARA RENATA BARROS DOS SANTOS	M	0,00	
05532 062	381.949.348-42	BRUNA DE JESUS AZEVEDO	M	0,00	
05532 063	474.306.778-27	MARCOS VINICIUS PEREIRA AUGUSTO	M	0,29	
05532 064	469.824.088-33	RODRIGO SIUFFI ABBUD	M	0,10	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 3 de fevereiro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.02.03 16:11:50 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 864cbf50ac1664d40cdd3d25322ef358