



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 06374/26

Cliente: 05582 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA

Registro CNEN: 913.030/15-01-7

RUA SANTA MARGARIDA, 26 JD SAO MIGUEL CEP: 02537080 SAO PAULO SP

Período de utilização 16/05/2026 à 18/06/2026

Data de Recebimento: 19/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05582 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
05582 001	301.862.478-50	FERNANDO OLIVEIRA FERNANDES	M	0,00	
05582 004	437.179.018-69	HELIO MENEZES RAMOS BRAGA	M	0,00	
05582 005	416.674.028-89	FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS	M	0,11	
05582 008	549.728.698-44	THALES TAKEO DIAS YOSHIKAWA DOS SANTOS	M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 8 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.07.08
17:04:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: c9e60ac74412eb965e530c462946ef5b