




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07220/26

Cliente: 05595 UNIAO SOCIAL CAMILIANA/COL SAO CAMILO CM

Registro CNEN: 913.019/15-01-0

AV NAZARE, 1501 IPIRANGA CEP: 04263200 SAO PAULO SP

Período de utilização 06/05/2026 à 06/06/2026

Data de Recebimento: 16/07/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05595 357	466.874.778-54	ANA CLARA GARCIA SANTOS	M	0,00	
05595 360	358.878.958-88	CARLOS ANDRE PESSOLATO	M	0,00	
05595 362	348.819.378-04	ANA JULIA PEREIRA PEDRO	M	0,00	
05595 371	105.770.058-47	SILVANA OLIVEIRA DE LIRA	M	0,00	
05595 376	367.603.928-92	ANGELICA CRISTINA COSTA	M	0,00	
05595 382	343.446.108-65	LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA	M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 27 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.27
16:53:50 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: f7ee6827e0d3a6dfa80ea4169ec7cc58