




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05172/26

Cliente: 05621 TOMOVALE CTO DE DIAG POR IMAGEM SC LTDA

Registro CNEN: 913.063/98-02-2

R:TEOPOMPO VASCONCELOS, 41 VILA ADYANA CEP: 12243830 S.J.DOS CAMPOS SP

Período de utilização 09/04/2026 à 07/05/2026

Data de Recebimento: 19/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05621 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
05621 002	335.220.128-52	MATEUS ABRANTES DE QUEIROZ		M	0,00	
05621 017	086.079.086-00	CASSIO VICTOR MACHADO LOPES		M	0,00	
05621 033	137.553.068-24	GILBERTO ANTONIO DUMALAKAS		M	0,10	
05621 051	008.017.265-22	YASSER LIMA DE SOUZA		M	0,00	
05621 056	111.288.197-24	ANA CAROLINA DIAS DE FARIA		M	0,00	
05621 063	185.742.188-47	YANA KARLA ABRANTES DE QUEIROZ		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 9 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.09
08:35:54 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 0b0f7403288c0b0267e011ff235aec3d