




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 04636/26

Cliente: 05632 RADIOCLINICA ITAUNA LTDA EPP

Registro CNEN: 904.109/00-03-0

RUA ANTONIO CORRADI 297 CERQUEIRA LIMA CEP: 35680353 ITAUNA MG

Período de utilização 01/04/2026 à 01/05/2026

Data de Recebimento: 13/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05632 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
05632 005	012.525.136-07	MARCELO CESAR GARCIA CARNEIRO		0,23	0,45	
05632 013	013.783.216-85	MARCELO LUIZ DE ALMEIDA		M	0,00	
05632 016	084.533.966-47	TAMIRES PEIXOTO MAMEDE		0,18	0,31	
05632 021	002.958.677-10	SILVIA REGINA DE JESUS		0,10	0,10	
05632 022	143.199.516-97	RAFAEL LUIZ TORRES ZAMBUZI		M	0,00	
05632 023	067.991.256-82	SABRINA CAMPOS DA ENCARNACAO MARTINS		0,11	0,11	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 19 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.19
17:05:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 38931462b63890ac8b2c9665e8dd6d82