




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



## RELATÓRIO DE DOSES

Nº 09192/26

**Cliente:** 05633 MR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP

**Registro CNEN:** 913.060/15-01-8

R CARDOSO DE MORAIS 61 L 202/3 BONSUCESSO CEP: 21032000 RIO DE JANEIRO RJ

**Período de utilização** 07/08/2026 à 09/09/2026

**Data de Recebimento:** 11/09/2026

**Mês Base:** agosto/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF               | Nome                          | Dose no Período<br>Hp (10) | Período<br>(mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 05633 901                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-01                |                            | M                |                     |            |
| 05633 008                     | 130.228.157-78    | RAPHAELA CAVALCANTE RODRIGUES |                            | M                | 0,43                |            |

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NI - Nível de investigação (1,00mSv)                | DP - Dosímetro de extremidade             |
| LI - Leitura impossível                             | LE - Leitura de emergência                |
| NU - Dosímetro não utilizado                        | DA - Dosímetro referencial irradiado      |
| DE - Dosímetro extraviado                           | UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) |
| UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)           |                                           |
| * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero. |                                           |

Data de Emissão: 18 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO  
SANTOS:26420741882  
Assinado de forma digital  
por PATRICIA SANTANA  
BRITO  
SANTOS:26420741882  
Dados:2026.09.18  
15:17:50 BRT

**Patricia Santana Brito**  
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 9a38f498e018ba23fa929b0b1409dfa1