




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03315/26

Cliente: 05725 RIBEIRO CARAMUJO DIAGNOSTICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Registro CNEN: 911.059/11-02-4

R DOM PEDRO I 222 JARDIM BRASIL CEP: 13073003 CAMPINAS SP

Período de utilização 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de Recebimento: 06/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05725 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
05725 003	396.183.578-05	BRUNA GOMES SANTOS		M	0,00	
05725 006	432.352.498-69	INGRID ARAUJO DE OLIVEIRA		M	0,00	
05725 009	158.493.128-03	JOSE RIBEIRO CARAMUJO JUNIOR		M	0,00	
05725 010	052.958.836-63	ADRIANA NEVES RIGOBELLO		M	0,00	
05725 011	497.384.978-25	TAYLINE FERNANDA AMORIM DA SILVA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 13 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.04.13 17:02:51 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: f9d454740107c66e09c042254f01c5ba