




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03686/26

Cliente: 06015 UNIMAGEM UN DE DIAG P/ IMAGEM S FRANCISCO DE ASSIS LTDA

Registro CNEN: 913.076/17-01-1

ROD ALKINDAR M. JUNQUEIRA KM53 CAMPO NOVO CEP: 12918900 BRAGANCA PAULIS SP

Período de utilização 10/03/2026 à 09/04/2026

Data de Recebimento: 13/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06015 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06015 001	030.388.958-65	MAURICIO BORGES DE LIMA		M	0,00	
06015 005	364.800.658-40	ERIC PINHEIRO DE SOUZA		M	0,00	
06015 008	495.538.478-11	SABRINA PEREIRA RIBEIRO		M	0,00	
06015 009	305.260.108-35	ADRIANA APARECIDA DE AZEVEDO FERREIRA VIEIRA		M	0,17	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 23 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.04.23
17:07:48 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 4c39107601bf3f24f91f6d3c7fbc3029