



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 09099/26

Cliente: 06389 CRO CENTRO DE RADIOGRAFIAS SANTA LUZIA LTDA

Registro CNEN: 913.088/19-01-7

AV BRASILIA, 1727 SALA 305 S BENEDITO CEP: 33105513 SANTA LUZIA MG

Período de utilização 01/07/2026 à 31/07/2026

Data de Recebimento: 09/09/2026

Mês Base: julho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	Período (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06389 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06389 001	064.773.126-62	CLAUDEMIRO DE SOUZA XAVIER		M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 16 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.16 16:23:52 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 7db2a877753403fad5d4dbaddfa3830e