



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04568/26

Cliente: 06475 IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

Registro CNEN: 913.022/20-01-6

RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES, 1273 CENTRO CEP: 18240073 ANGATUBA SP

Período de utilização 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de Recebimento: 12/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06475 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06475 001	270.798.718-24	EDSON CARLOS DE MEIRA		M	0,00	
06475 003	049.854.858-96	OTILIA RAMOS		M	0,15	
06475 004	400.571.818-37	JOSIEL ITALO DE LIMA BORBA		M	0,00	
06475 005	174.102.628-85	ROBSON DEMETRIO DE FREITAS		M	0,00	
06475 006	405.303.338-13	HELEN LIMA DE OLIVEIRA		M	0,00	
06475 007	368.775.988-14	PAULO CESAR SANTIAGO		M	0,00	
06475 008	287.145.918-55	SHEILA CRISTINA LOPES SIMOES DE ALMEIDA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 18 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.18
17:01:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 566d1dccc0d14176a4b1bf373a53d7f0