



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 09458/26

Cliente: 06487 MC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.028/20-01-3

R VILELA, 652 TATUAPE CEP: 03314000 SAO PAULO SP

Período de utilização 03/08/2026 à 31/08/2026

Data de Recebimento: 15/09/2026

Mês Base: agosto/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06487 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
06487 902	____.____.____-__	REFERENCIAL-02	M		
06487 009	281.317.058-54	GRASIELA GIULIANI COSTA	M	0,00	
06487 013	500.995.648-90	MARISA DA SILVA AZEVEDO	0,11	0,72	
06487 026	317.038.728-60	BRUNA HONORIO SOUZA SANTOS	0,63	2,01	
06487 029	526.355.368-48	FABIANA DA SILVA	0,21	0,71	
06487 032	241.604.758-25	BEATRIZ MELLO GOMES	0,42	0,80	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 29 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.29 08:31:54 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 8ec1cfe81046955d9f0d8070e4c20995