




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03803/26

Cliente: 06490 LNA CRZ DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.

Registro CNEN: 913.029/20-01-8

AV MAJOR HERMOGENES, 538 CENTRO CEP: 12701320 CRUZEIRO SP

Período de utilização 16/03/2026 à 17/04/2026

Data de Recebimento: 23/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06490 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06490 002	467.310.008-50	INGRID CAROLINE QUINTANA		0,21	0,32	
06490 003	007.383.047-00	CLAUDIO SENA JUSTINO		M	0,00	
06490 004	354.776.338-08	FELIPE LOBO DO PRADO OLIVEIRA SILVA		0,18	0,18	
06490 005	114.176.997-28	PATRICIA SCARPARO VALIATI		0,20	0,20	
06490 010	297.735.938-94	ERIKA ISABEL SILVA CONCEICAO		0,13	0,13	
06490 011	348.880.658-88	JOYCE DA CUNHA SANTOS SILVA		M	0,00	
06490 012	348.259.268-35	STEPHANIE PADULA MATTESCO HORTA		0,16	0,16	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 4 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.04 11:06:51 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 5c94f0208b7bd38ebce57b7eacc2c7dd