



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

## RELATÓRIO DE DOSES



Nº 06820/26

**Cliente:** 06494 KP NOBREGA DIAGNOSTICOS LTDA

**Registro CNEN:** 913.031/20-01-5

RUA MINAS GERAIS, 52 PARQUE PARAISO CEP: 06852310 ITAPEC DA SERRA SP

**Período de utilização** 15/05/2026 à 16/06/2026

**Data de Recebimento:** 07/07/2026

**Mês Base:** maio/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF               | Nome                            | Dose no Período<br>Hp (10) | (mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|------------|
| 06494 901                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-01                  |                            | M     |                     |            |
| 06494 902                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-02                  |                            | M     |                     |            |
| 06494 002                     | 091.707.038-09    | ANTONIO CARLOS GAVIAO ZILIO     |                            | M     | 0,00                |            |
| 06494 004                     | 361.791.058-04    | LUCIANA APOLINARIO MAFIA        |                            | M     | 0,00                |            |
| 06494 005                     | 164.101.868-27    | RAQUEL DE FATIMA DA SILVA LUCAS |                            | M     | 0,00                |            |

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade  
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência  
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado  
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)  
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)  
\* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 17 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO  
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital  
por EDSON BENEDITO  
MARCOS:05370020817  
Dados:2026.07.17  
17:01:58 BRT

**Fis. Edson B. Marcos**  
Responsável Técnico  
**CNEN MN-0274**

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 54697d61570e100983c14e3a03f6b7fe