



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03099/26

Cliente: 06511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA

Registro CNEN: 904.195/04-05-6

RUA CORONEL APOLINARIO, 254 CENTRO CEP: 88900053 ARARANGUA SC

Período de utilização 24/02/2026 à 15/03/2026

Data de Recebimento: 25/03/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06511 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01/RX		M		
06511 001	032.218.139-96	DIOGO SODRE RAMOS DE OLIVEIRA		M	0,00	
06511 003	061.307.789-02	GRAZIELA PEREIRA CASTELLER		M	0,00	
06511 004	048.400.049-78	WAGNER VIEIRA		M	0,00	
06511 005	008.460.119-13	ELEATRICIA CRISTIANO DA SILVA		M	0,00	
06511 007	066.109.239-90	PAULA BORGES TEIXEIRA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 6 de abril de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.04.06
20:29:48 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: d9de65f9420f74a1a8ef56a28d408583