




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04250/26

Cliente: 06634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE/RADIOLOGIA

Registro CNEN: 904.348/15-04-0

AV. JOSE DIAS GUIMARAES, 535 CENTRO CEP: 75667000 RIO QUENTE GO

Período de utilização 12/03/2026 à 22/04/2026

Data de Recebimento: 04/05/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06634 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06634 001	930.083.411-87	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS ROSENDO		M	0,00	
06634 002	798.128.991-20	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA		M	0,00	
06634 003	829.715.951-53	GIL ROMES CORREIA DA SILVA		M	0,00	
06634 004	845.458.521-49	EVA GORETTI NUNES TEIXEIRA		0,10	0,50	
06634 005	057.538.445-02	LUZINERIO SANTOS DE JESUS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 8 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.08
09:31:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 5a41315def2b24c8c29d757749f9c9c0