




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 05539/26

Cliente: 06635 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO - FESAT

Registro CNEN: 901.350/14-02-0

RUA DUQUE DE CAXIAS, 3640 VILA BARBOSA CEP: 79570000 AP DO TABOADO MS

Período de utilização 01/05/2026 à 31/05/2026

Data de Recebimento: 15/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06635 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
06635 001	979.794.149-34	ALYSON TSUYOSHI SAMEZIMA	0,10	0,10	
06635 002	014.175.201-75	PEDRO ELIAS DE OLIVEIRA FILHO	M	0,00	
06635 005	608.980.541-68	ELIANA MARIA DE SOUZA SILVA	0,15	0,15	
06635 006	425.994.658-77	UELBER CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	M	0,00	
06635 007	726.892.851-34	DIOELITON PEREIRA SILVA	4,99	5,26	UM
06635 009	428.915.118-32	LUIS FELIPE MORAES DOS SANTOS	M	0,19	
06635 010	125.234.844-47	CLEISSON TIMOTEO DA SILVA	0,16	0,73	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendário
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 16 de junho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.06.16
17:05:47 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: f232024f8c258471ea5fb94ae7cc64f6