




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06905/26

Cliente: 06646 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA

Registro CNEN: 904.119/95-05-0

RUA CORAL, 348 JD AMERICAS CEP: 09725650 S BERN DO CAMPO SP

Período de utilização 10/06/2026 à 09/07/2026

Data de Recebimento: 13/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06646 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
06646 001	001.069.408-05	DURCIVAL DE JESUS	M	0,00	
06646 002	051.812.988-85	RITA DE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA	M	0,00	
06646 003	065.225.268-08	MARIA APARECIDA MAZZARI	0,32	2,14	
06646 005	370.072.408-01	GABRIELA REGINA DA SILVA SEGUR	M	0,19	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 22 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.22
08:35:04 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 40310293193057659a16a052fbd5cef6