




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 06788/26

Cliente: 06688 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-AR/AP-ODONTO SESC II

Registro CNEN: 906.020/01-18-1

RUA JOVINO DINOIA, 4311 BEIROL CEP: 68902030 MACAPÁ AP

Período de utilização 16/05/2026 à 15/06/2026

Data de Recebimento: 07/07/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06688 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06688 902	____.____.____-__	REFERENCIAL-02		M		
06688 001	000.431.992-32	LARYSSA CRISTINE MACIEL BURITI		M	0,13	*
06688 002	606.698.702-00	ROZILDA VALES PINTO		M	0,00	*
06688 003	767.768.082-87	ALANA TRAJANO DE OLIVEIRA		0,11	0,11	
06688 004	985.466.192-04	JESSICA DA SILVA VIANA		M	0,00	
06688 005	960.781.542-49	MARIELMA FURTADO DOS SANTOS		M	0,00	
06688 006	791.474.292-91	ROSEMARY MIRA DOS SANTOS		M	0,00	

* Dosímetros utilizados sobre o avental plumbífero.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendário
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 17 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.17
16:33:53 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: b3bab1a280c9445986ebd29d48c2b50