




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03784/26

Cliente: 06690 RADIO LOGIKA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.060/21-01-8

RUA MARCONI, 31 6 AND CENTRO CEP: 01047000 SAO PAULO SP

Período de utilização 10/03/2026 à 09/04/2026

Data de Recebimento: 15/04/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06690 901	____.____.____-	REFERENCIAL-01		M		
06690 001	166.246.088-03	REGINA FERREIRA DA SILVA		M	0,00	
06690 004	381.044.058-29	LILIAN ELIAS DA SILVA		0,11	0,32	
06690 006	459.545.838-03	MATHEUS FERREIRA GUEDES CAVALCANTE GIGLIO		0,30	0,40	
06690 007	470.625.008-01	LETICIA GOMES DOS SANTOS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 28 de abril de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.04.28
15:59:51 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 85828b0034f483c1441e3a915ab88f22