




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 09051/26

Cliente: 06690 RADIO LOGIKA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.060/21-01-8

RUA MARCONI, 31 6 AND CENTRO CEP: 01047000 SAO PAULO SP

Período de utilização 10/08/2026 à 09/09/2026

Data de Recebimento: 14/09/2026

Mês Base: agosto/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06690 901	____.____.____-	REFERENCIAL-01		M		
06690 001	166.246.088-03	REGINA FERREIRA DA SILVA		M	0,00	
06690 004	381.044.058-29	LILIAN ELIAS DA SILVA		0,13	0,45	
06690 006	459.545.838-03	MATHEUS FERREIRA GUEDES CAVALCANTE GIGLIO		0,49	3,95	
06690 007	470.625.008-01	LETICIA GOMES DOS SANTOS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 16 de setembro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.16
16:18:58 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 8db8fc1ff0b2221cbde31f24e1aefc00