




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 01373/26

Cliente: 06694 REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Registro CNEN: 904.062/21-02-6

RUA 2, Q. 17, N. 255, KM-9,5 SETOR BARCELOS CEP: 75383270 TRINDADE GO

Período de utilização 10/12/2025 à 09/01/2026

Data de Recebimento: 07/02/2026

Mês Base: dezembro/2025

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06694 901	____.____.____-	REFERENCIAL-01		M		
06694 001	011.373.631-26	WELLINGTON JOSE VELASCO JUNIOR		M	0,00	
06694 002	____.____.____-	EXTRA 1 - STRATEC L01		M	0,00	
06694 003	____.____.____-	EXTRA 2 - SPECTRUM L01		M	1,84	
06694 004	____.____.____-	EXTRA 3 - FLOATER L06		M	0,00	
06694 005	____.____.____-	EXTRA 4 - SNIFER L06		M	0,00	

Solicitamos com urgência o envio dos CPF's faltantes para emissão do próximo relatório.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissao: 9 de fevereiro de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.02.09
16:21:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 9eadb40a85d098dd32b6ca20dbe13ff7