




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05481/26

Cliente: 06699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO

Registro CNEN: 901.135/13-02-3

AVENIDA VITURINO PANTA, SN CENTRO CEP: 77493000 LAGOA CONFUSAO TO

Período de utilização 23/04/2026 à 18/05/2026

Data de Recebimento: 26/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	Período (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06699 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06699 001	012.623.681-03	ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA		M	0,00	
06699 003	005.214.401-14	LEIA MENDES DA SILVA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 16 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.16 14:29:46 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 5bc260a20339ac724d389e40994a4da1