




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 07227/26

Cliente: 06745 ODONTOMASTER EIRELI

Registro CNEN: 913.091/21-01-3

RUA SAO JOSE 355, 2 ANDAR CENTRO CEP: 36500067 UBA MG

Período de utilização 04/06/2026 à 10/07/2026

Data de Recebimento: 20/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06745 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06745 002	032.236.056-06	CRISTIANE MEYRE RIBEIRO DA SILVA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 27 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.27
16:54:55 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 5636290ba2cb4bbb39ed6e0737c78111