



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04546/26

Cliente: 06748 MR MADUREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.093/21-01-2

R CARVALHO DE SOUSA, 257 A MADUREIRA CEP: 21350180 RIO DE JANEIRO RJ

Período de utilização 02/04/2026 à 05/05/2026

Data de Recebimento: 08/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06748 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (20,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (500,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (40,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 18 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.18
16:57:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 33d105263b77e39d8ed1b513cb6f0dbe