




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03906/26

Cliente: 06813 OI DIGITAL RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA

Registro CNEN: 913.118/21-01-9

RUA TIARAJU, 555 CENTRO CEP: 94690154 CAPAO DA CANOA RS

Período de utilização 03/02/2026 à 01/03/2026

Data de Recebimento: 14/04/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06813 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06813 003	008.801.660-96	MARA HOFFMANN KLEIN		M	0,00	
06813 004	010.655.520-09	JANAINA CAROSIELLO ALVES SAMURIO DE VARGAS		M	0,00	
06813 005	035.762.420-31	PAMELA WEBBER ALVES		M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 4 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.04 08:55:53 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 88c71b24730789745aca8be824d88ada