

RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06250/26

Cliente: 06830 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO PARANA - COOENF PR **Registro CNEN:** 913.129/21-01-7

RUA SAINT HILAIRE, 161 AGUA VERDE CEP: 80240140 CURITIBA PR

Período de utilização 15/06/2026 à 23/06/2026

Data de Recebimento: 23/06/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (0,07) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06830 822 402.062.728-20		THAIS CRISTINA DA SILVA	0,16	0,16	DP

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida


Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (20,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
 LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
 NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
 DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (500,00mSv)
 UM - Limite mensal ultrapassado (40,00mSv)
 * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
 Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 7 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO Assinado de forma digital
 SANTOS:26420741882 por PATRICIA SANTANA
 BRITO
 SANTOS:26420741882
 Dados:2026.07.07
 16:38:58 BRT



Patricia Santana Brito
 Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: a9ec97b2f53107e08118d3534ac8b086