



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO  
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



## RELATÓRIO DE DOSES

Nº 02559/26

**Cliente:** 06842 CLINICA MAGNIFICA CERES LTDA

**Registro CNEN:** 913.135/21-01-2

AV BRASIL, 213 CENTRO CEP: 76300132 CERES GO

**Período de utilização** 30/01/2026 à 04/03/2026

**Data de Recebimento:** 11/03/2026

**Mês Base:** fevereiro/2026

| Identificação<br>do Dosímetro | CPF               | Nome                     | Dose no Período<br>Hp (10) | Período<br>(mSv) | Dose Anual<br>(mSv) | Observação |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 06842 901                     | ____.____.____-__ | REFERENCIAL-01           |                            | M                |                     |            |
| 06842 001                     | 970.547.391-91    | ELIANE PATRICIA OLIVEIRA |                            | M                | 0,00                |            |

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

### Tabela de Observações

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NI - Nível de investigação (1,00mSv)                | DP - Dosímetro de extremidade             |
| LI - Leitura impossível                             | LE - Leitura de emergência                |
| NU - Dosímetro não utilizado                        | DA - Dosímetro referencial irradiado      |
| DE - Dosímetro extraviado                           | UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) |
| UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)           |                                           |
| * - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero. |                                           |

Data de Emissão: 19 de março de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO  
SANTOS:26420741882  
Assinado de forma digital  
por PATRICIA SANTANA  
BRITO  
SANTOS:26420741882  
Dados:2026.03.19  
16:09:55 BRT

**Patricia Santana Brito**  
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario  
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 35e60f5c7fa33bedaa1cb9d59769823b