



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 08927/26

Cliente: 06852 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSSENSE/HEMODINÂMICA

Registro CNEN: 909.002/96-08-2

R SENHOR DOS PASSOS, 1000 CENTRO CEP: 36570005 VICOSA MG

Período de utilização 29/07/2026 à 28/08/2026

Data de Recebimento: 01/09/2026

Mês Base: agosto/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06852 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06852 001	066.223.166-00	MAURA DONATA DA CRUZ SILVESTRE		M	1,92	
06852 003	099.045.746-00	THAMARA CRISTINA ALVES	0,20		0,20	
06852 004	076.215.036-02	FERNANDA DE FREITAS STANCIOLA		M	1,98	
06852 006	069.699.516-69	DANIEL PINHEIRO CRUZ		M	0,10	
06852 007	050.863.656-60	RICARDO MAURO GHETTI CABRAL	0,11		7,10	
06852 008	003.287.216-03	ANDRE KIYOMITSU ZANUNCIO SEDIYAMA	0,31		2,67	
06852 011	078.847.116-30	REGIANA APARECIDA ROCHA PRACA		M	1,30	
06852 012	037.548.576-73	CARLOS HENRIQUE FERREIRA	0,44		3,97	
06852 013	128.101.216-56	MARIA ALICE SARAIVA		M	0,22	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 11 de setembro de 2026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.09.11
17:02:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendário
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://sistema.rad-tec.net.br> com a chave: 186e813842c95c280a49672d542d47f7