



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03277/26

Cliente: 06860 CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM X LTDA

Registro CNEN: 904.003/10-02-7

AV WILSON ALVARENGA, 1303 CARNEIRINHOS CEP: 35930001 JOAO MONLEVADE MG

Período de utilização 18/02/2026 à 25/03/2026

Data de Recebimento: 07/04/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06860 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06860 002	120.163.996-43	GLEICIMARA AMANDA BICALHO		M	0,00	
06860 003	028.950.066-44	JULIO CESAR FRANCISCO		M	0,00	
06860 004	078.585.046-57	ESTANLISLEIA ALVES GOMES		M	0,00	
06860 006	090.990.826-57	DANIEL OLIVEIRA MAIA		M	0,00	
06860 008	032.871.876-94	LEONARDO LUIZ ARAUJO ANDRADE		M	0,00	
06860 009	160.644.166-37	EDUARDA LORENA AUGUSTA SANTIAGO DOS SANTOS		M	0,27	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 10 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.04.10
16:50:56 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: c6aeff85bf0f75fcc3dd7fa654a4636c