



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 05958/26

Cliente: 06892 MAIS VC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Registro CNEN: 913.008/22-01-9

R CEZARIO DAU, 442 JD MARIA ROSA CEP: 06763080 TABOAO DA SERRA SP

Período de utilização 11/05/2026 à 11/06/2026

Data de Recebimento: 24/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06892 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06892 001	269.599.248-39	CLAUDIO MARCOS FREIRE DE MELO		M	0,10	
06892 002	165.861.178-01	VALERIA MARTINS DE LIMA		M	0,18	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 1 de julho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.07.01
09:19:55 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 904fcbda5fc9672fccf9d6b5ce8f792