




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 06686/26

Cliente: 06904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NOVA TRENTO

Registro CNEN: 901.168/11-02-5

RUA NEREU RAMOS, 164 CENTRO CEP: 88270000 NOVA TRENTO SC

Período de utilização 16/05/2026 à 23/06/2026

Data de Recebimento: 30/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06904 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
06904 002	021.322.619-70	JULIANO MARCOS DA SILVA		M	0,29	
06904 004	004.113.609-81	CIBELE HECKEL NUNES PACHECO		M	0,33	
06904 006	065.361.849-20	GESSICA GAMBETA CORDEIRO		M	0,64	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 16 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.16
15:31:53 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: c34a179ea54e7f988f8086adf96484d0