




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05849/26

Cliente: 06939 CENTRO DE EST E PESQ DR J AMORIM/AMA PQ FERNANDA-ODONTO

Registro CNEN: 913.021/22-03-0

R ERNESTO SOARES FILHO, 301 PQ FERNANDA CEP: 05888070 SAO PAULO SP

Período de utilização 01/05/2026 à 31/05/2026

Data de Recebimento: 18/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06939 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
06939 007	373.761.058-40	MAURICIA MADALENA ROCHA DA SILVA	M	0,00	
06939 012	387.999.378-59	THALYTA CAMPOS COSTA VICENTE	M	0,00	
06939 013	398.339.608-98	VALERIA VIANA CORREA DOS SANTOS	M	0,00	
06939 015	342.835.008-10	CHRISTIANE MATIAZZO PINTO	M	0,12	
06939 016	345.692.298-16	PRISCILA VELOSO RIBEIRO	M	0,00	
06939 017	426.438.158-40	VICTORIA WERNECK DE PAIVA GE	M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 24 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.24 11:19:49 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: e9366f4b7a0978b4317a589706632588