




AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07209/26

Cliente: 06957 MCO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.024/22-01-8

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA, 609 SL 48 MIRANDOPOLIS CEP: 04047001 SAO PAULO SP

Período de utilização 10/06/2026 à 09/07/2026

Data de Recebimento: 17/07/2026

Mês Base: junho/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
06957 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
06957 003	280.708.598-90	VANDERSON OLIVETTI	0,16	0,32	
06957 005	395.675.228-71	VICTORIA BEATRYZ SANTOS SILVA	M	0,30	
06957 010	581.477.958-66	NICOLLY DOS SANTOS FERREIRA RIBEIRO	0,19	0,29	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 27 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.27
16:26:48 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 6a52b24ba861b40523564350ff13c6c6