



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 05746/26

Cliente: 07053 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSSENSE/TOMOGRAFIA

Registro CNEN: 909.002/96-11-2

R SENHOR DOS PASSOS, 1000 CENTRO CEP: 36570005 VICOSA MG

Período de utilização 30/04/2026 à 29/05/2026

Data de Recebimento: 09/06/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07053 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07053 001	085.851.266-12	SILVANIA DE FREITAS SILVA		M	0,00	
07053 002	674.470.156-87	VICENTE SERGIO DE FREITAS		M	0,00	
07053 004	014.448.656-33	MARIANA PALOMA DUARTE MOREIRA		M	1,46	
07053 006	030.659.456-06	CLAUDIA APARECIDA LOPES ABRANTES		M	2,21	
07053 008	101.160.626-73	PAULA SILVEIRA SANTANA		M	0,00	
07053 009	123.310.246-00	NEIVA CELESTIAL GUIMARAES DE ARRUDA		M	0,00	
07053 010	109.645.586-29	LUCIENE MIGUEL FERNANDES		M	0,00	
07053 011	132.509.956-22	STELA FERNANDES FERREIRA		M	4,75	
07053 012	081.240.046-17	ELOA CRISTINA PINTO VITAL RODRIGUES		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 19 de junho de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.06.19 17:01:54 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 366535bef926a75b18ddf27d3f79a242