



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 07031/26

Cliente: 07183 SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA/UPA SAO JOSE

Registro CNEN: 913.028/21-26-5

AV DE CILLO, 2222 JD SAO JOSE CEP: 13465100 AMERICANA SP

Período de utilização 05/05/2026 à 31/05/2026

Data de Recebimento: 14/07/2026

Mês Base: maio/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10) (mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07183 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01	M		
07183 002	108.748.388-35	JEFERSON DOMINGUES DE JESUS	0,27	2,64	
07183 003	112.792.207-67	ROBERTO DOS SANTOS TAVARES	M	0,00	
07183 007	139.653.158-03	ROSANGELA ROQUE DE MARCHI	M	0,00	
07183 008	115.167.678-02	MARCO ROGERIO NICOLETE	M	0,00	
07183 009	381.966.748-21	LUCAS ADOLPHO VOLPATO	M	0,00	
07183 010	384.025.908-88	VINICIUS DE OLIVEIRA SAVIOLI	M	0,00	
07183 011	348.889.808-37	ALAN NUNES ALVES	M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 23 de julho de 2.026.

EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817

Assinado de forma digital
por EDSON BENEDITO
MARCOS:05370020817
Dados:2026.07.23
16:26:51 BRT

Fis. Edson B. Marcos
Responsável Técnico
CNEN MN-0274

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 5af26e4c9ec208e99ec9e59e3982a157